



屠體藥物殘留抽檢表

總頭數：451 抽樣日期：1130308 屠宰日期：1130308 檢查日期：1130309

樣品 編號	拍賣 編號	頭數	磺胺劑 16合1	總抗 生素	β-受體素			判 定 合格 0 不合格 X
					Rac	Sb	Cb	
F1130308 ¹	5583	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
F1130308 ²	228	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
F1130308 ³	905	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
F1130308 ⁴	5720	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
F1130308 ⁵	1015	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
F1130308 ⁶	881	228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
H1130308 ¹	354	103	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
H1130308 ²	1050	103	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
H1130308 ³	1196	103	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
H1130308 ⁴	1100	103	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
K1130308 ¹	376	39	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
K1130308 ²	628	39	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
T1130308 ¹	無	81	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
T1130308 ²	無	81	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
T1130308 ³	無	81	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

備
註

- * 50頭抽兩頭，每增加50頭加抽1頭。
- * 購買市場代號：新北市F；桃園H；苗栗K；隆豐牧場L；天棋牧場T；台糖萬興S。
- * 抽樣部位/樣品重：豬肉組織液/1ml。
- * 磺胺劑以16合1快速檢測片檢驗，當T線C線同時出現為陰性，標示為(-)；若T線較C線淡或未出現為陽性，標示為(+)
- * 總抗生素檢測試劑由紫→黃為陰性，標示為(-)；若顏色不變維持紫色為陽性，標示為(+)
- * β-受體素中，Rac為Ractopamine(萊克多巴胺)之簡稱，Cb為Clenbuterol(鹽酸克倫特羅)之簡稱，Sb則為Salbutamol(沙丁胺醇)之簡稱；標準範圍 Rac < 3ppb、Sb < 5ppb、Cb < 1ppb，未檢出標示為(-)，超過標準範圍標示為(+)
- * 判定檢驗之豬隻是否符合檢驗標準：合格標示為0，不合格標示為X。

廠長：

品保課長：游立清 3/9

檢驗員：羅聖茵 3/9